

Prüfbescheinigung

Testing Certificate

Prüfbescheinigung Nr.: 3510.03668.P01

Test certificate No.

Zeichen des Antragstellers
Reference of applicant

Aktenzeichen
File reference
3510.03668

Prüfbericht Nr.
Test report no.
3510.03668.B01

Ausstellungsdatum
Issuing date
02.12.2025

Hersteller:
Manufacture

QInstruments GmbH
Löbstedter Str. 101, 07749 Jena

Fertigungsstätte:
Manufacturing location

QInstruments GmbH,
Löbstedter Str. 101, 07749 Jena

Erzeugnis:
Product

Thermoschüttler BioShake iQ,
Art.-Nr. 1808-0506, SN: 11060

**Technische
Beschreibung:**
Technical description

24 V DC; 4,5 A; 2,8 kg; IP20

**Sicherheitstechnisch
geprüft nach:**
Safety tested according to:

DIN EN 61010-1:2020-03 + Berichtigung 1:2022-02 + Berichtigung 2:2023-03
DIN EN IEC 61010-2-010:2022-12
DIN EN IEC 61010-2-051:2023-01
DIN EN IEC 61326-1:2022-11
DIN EN 55011:2022-05 (EMV)

Diese Prüfbescheinigung bestätigt das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnismuster. Es stellt kein allgemeingültiges Urteil über die Eigenschaften der Erzeugnisse aus der laufenden Fertigung dar. Diese Prüfbescheinigung gilt daher nicht für Produkte, die vom vorgelegten Erzeugnismuster abweichen oder wenn sich die Prüfgrundlagen ändern. Auch wenn sich vorstehend genannte Produkte nicht ändern, wird mit o.g. Gültigkeitsdatum diese Prüfbescheinigung automatisch ungültig. Es berechtigt nicht zur Führung eines Prüfzeichens oder des Logos des TÜV Thüringen. Eine Veröffentlichung dieser Prüfbescheinigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet. Hinsichtlich der o.g. grundlegenden Anforderungen und zu berücksichtigender Prüfgrundlagen gilt für die Erzeugnisse der laufenden Produktion die aktuelle Rechtslage zum Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens.

This certificate confirms the result of a nonrecurring testing of the presented object sample. It does not give a general judgement about the quality of the products of the current production. This certificate is not valid from there for products which deviate from the submitted production sample or if the test basis changes. Even it points as afore specified do not change, this certificate becomes automatically invalid with above mentioned date of validity. It does not legitimate to use a test mark or the logo of TÜV Thüringen. The publishing of that certificate needs the written approval of the testing centre. Regarding the afore mentioned basic requirements and testing specifications to consider, the products of the current fabrication have to comply with the legal situation up-to-date by its time of placing on the market.

Gültigbis zum: 01.12.2026

Valid until

Head of laboratory

Management of the test laboratory

Dieses Zertifikat besteht aus: 2 Blatt

Fotodokumentation / Kennzeichnung



Isometrische Gesamtansicht



Ansicht von oben




Ansicht von vorn



Ansicht von unten



Ansicht von Anschlussleitung



Kennzeichnung